

SERVICIO COMERCIO INTERIOR Y TURISMO

REGLAMENTACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS DE PESAJE EN EL COMERCIO

Los negocios que utilicen balanzas y pesos, deben poseer un libro-registro en el que se indiquen las reparaciones y mantenimiento que estos instrumentos de pesaje han requerido a lo largo de los diferentes años de su utilización.

¿Quién facilitará el libro- registro?

Podrá ser facilitado por los fabricantes de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, por las empresas reparadoras que actúen sobre los mismos o por el organismo verificador autorizado.

Del mismo modo, deberá ser sellado y habilitado, por el Servicio de Industria y Seguridad perteneciente a la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria y Comercio.

En el citado libro se deberán anotar todas las actuaciones realizadas por los reparadores, así como las revisiones realizadas al instrumento, su resultado y persona responsable que realiza la verificación.

¿Cuándo se debe solicitar la verificación periódica?

Los poseedores de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio, están obligados a solicitar **cada dos años** contados a partir de la puesta en servicio, la verificación periódica de los mismos.

¿Quién realiza la verificación periódica?

En la Comunidad Valenciana, el control metrológico del estado de los instrumentos en servicio lo realiza en régimen de concesión administrativa, la empresa Ingeniería de Gestión Industrial, S.L (anexo I).

Los certificados de verificación adjuntos en los anexos II y III, deberán ser cumplimentados por la persona responsable de la verificación.

¿Qué ocurre cuando no se supera la verificación metrológica?

En el caso de que no se supere la fase de control o no se disponga en sitio visible de la oportuna etiqueta de verificación en vigor, quedará totalmente prohibido el uso del instrumento de pesaje.

En el caso de que el aparato no pase la inspección, se incluirá el certificado de no validación adjunto en el anexo IV.

¿Cuándo se debe solicitar la verificación después de reparación o modificación?

Tras la reparación o modificación (que requiera rotura de precintos) del instrumento de pesaje, el titular deberá solicitar antes de su puesta en servicio la verificación después de esa reparación o modificación, que tendrá efectos de verificación periódica respecto al cómputo del plazo para su solicitud.

Legislación aplicable;

- 📖 Ley 3/85 de Metrología de 18 de marzo de 1985.
- 📖 Orden de 22 de diciembre de 1994, por la que se regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (BOE núm. 31, de 6 de Febrero de 1995).
- 📖 Orden 27 abril 1999, por la que se regula el control metrológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica (BOE núm. 110, de 8 de mayo de 1999).
- 📖 Resolución de 25 de abril de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se establece el contenido del libro-registro de verificaciones y reparaciones de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, instalados en la Comunidad Valenciana [2001/4418].

Direcciones de Interés:

www.ingein.com

www.sepiva.es


Información de Interés;

La Cámara de Valencia pone a disposición de los comercios diversos servicios con los que se busca que estén mejor informados y puedan contar con un asesoramiento personal;

- Jornadas, sesiones monográficas y mesas redondas.
- Cursos y seminarios de actualización.
- Talleres prácticos.
- Edición de una serie de "Cuadernos de Comercio".
 - o Merchandising.
 - o Escaparatismo.
 - o Atención al cliente.
 - o La Franquicia.
 - o Aplicación de técnicas de venta.
 - o La importancia de los Idiomas en el Comercio.
 - o Que debe saber un empresario sobre el Comercio de la Comunidad Valenciana.
- Edición de un Informe de Coyuntura Trimestral.
- Boletín Online.


Más información:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
Servicio de Comercio Interior y Turismo
Telf. 963 103 900
E-mail: cinterior@camaravalencia.com

ANEXO I Boletín de identificación de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.

		C/ Final, s/n 46930 Quart de Poblet VALENCIA Tlf.: 963134077 Fax: 963834494		BUTLLETÍ D'IDENTIFICACIÓ D'INSTRUMENTS DE PESATGE DE FUNCIONAMENT NO AUTOMÀTIC BOLETÍN DE IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO			
A SOL·LICITUD DE / SOLICITUD DE							
<input type="checkbox"/> VERIFICACIÓ DESPRÉS DE REPARACIÓ O MODIFICACIÓ / VERIFICACIÓN DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN <input type="checkbox"/> VERIFICACIÓ PERIÒDICA / VERIFICACIÓN PERIÓDICA							
B TITULAR							
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL					DNI - NIF		
ADREÇA (carrer o plaça i número) / DOMICILIO (calle o plaza y número)				E-MAIL:		CP	
MUNICIPI / MUNICIPIO		PROVINCIA		TELÈFON / TELÉFONO		FAX	
C FORMA DE PAGAMENT DE LA VERIFICACIÓ / FORMA DE PAGO DE LA VERIFICACIÓN							
<input type="checkbox"/> EN EFECTIU AL REBRE EL PART DE TREBALL / EN EFECTIVO AL RECIBIR EL PARTE DE TRABAJO <input type="checkbox"/> AMB REBUT BANCARI / CON RECIBO BANCARIO (Màx. 30 dies) (Máx. 30 días)							
		ENTIDAD		SUCURSAL		D.C.	
						C.C.C.	
D INSTRUMENT / INSTRUMENTO							
TIPUS D'INSTRUMENT / TIPO DE INSTRUMENTO					REGISTRE INDUSTRIAL / REGISTRO INDUSTRIAL		
FABRICANT / FABRICANTE							
MARCA		MODEL / MODELO			NÚM. DE SÈRIE / NÚM. DE SERIE		
LLOC D'UBICACIÓ / LUGAR DE UBICACIÓN					DATA D'INSTAL·LACIÓ / FECHA DE INSTALACIÓN		
NÚM. D'APROVACIÓ DE MODEL / NÚM. DE APROBACIÓN DE MODELO					FECHA DE BOE		
UTILITZACIÓ (art. 1.2) / UTILIZACIÓN (art. 1.2)				DATA D'ÚLTIMA VERIFICACIÓ I TIPUS / FECHA DE LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN Y TIPO			
PLACA DE CARACTERÍSTIQUES / PLACA DE CARACTERÍSTICAS : <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO				PRECINTES / PRECINTOS : <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO			
E CARACTERÍSTIQUES TÈCNICQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
ABAST MÀXIM (màx.) / ALCANCE MÁXIMO (máx)			ABAST MÍNIM (mín) / ALCANCE MÍNIMO (mín)				
ESCALÓ DE VERIFICACIÓ (e) / ESCALÓN DE VERIFICACIÓN (e)			ESCALÓ REAL (D) / ESCALÓN REAL (d)				
VALOR DE TARA			CLASE D'EXACTITUD / CLASE DE EXACTITUD				
FABRICANT / FABRICANTE			REPARADOR				
F MÓDULS (omplir si procedeix) / MÓDULOS (rellenar si procede)							
DISPOSITIU INDICADOR / DISPOSITIVO INDICADOR							
a) Identificació / Identificación:							
Fabricant / Fabricante: _____		Marca: _____		Model / Modelo: _____			
b) Tipus / Tipo: <input type="checkbox"/> Mecànic / Mecánico: <input type="checkbox"/> Romana <input type="checkbox"/> Pèndol / Péndulo <input type="checkbox"/> Altres / Otros: _____							
<input type="checkbox"/> Òptic / Óptico							
<input type="checkbox"/> Electrònic / Electrónico							
Núm. de sèrie / Núm. de serie: _____							
DISPOSITIU TRANSMISSOR / DISPOSITIVO TRANSMISOR							
a) Nombre de suports / Número de apoyos: _____							
b) Tipus / Tipo: <input type="checkbox"/> Palanques / Palancas <input type="checkbox"/> Cèl·lula de càrrega / Célula de carga <input type="checkbox"/> Híbrid (palanques + cèl·lules de càrrega) / Híbrido (palancas + células de carga)							
c) Cèl·lula de càrrega / Célula de carga:							
Fabricant / Fabricante: _____		Marca: _____		Model / Modelo: _____			
Número de cèl·lules / Número de células: _____ Classe d'exactitud / Clase de exactitud: _____ Capacitat nominal / Capacidad nominal: _____							
DISPOSITIU RECEPTOR (plataforma) / DISPOSITIVO RECEPTOR (plataforma)							
a) Tipus / Tipo: <input type="checkbox"/> Metàl·lica / Metálica <input type="checkbox"/> Formigó / Hormigón <input type="checkbox"/> Mixta (acer + formigó) / Mixta (acero + hormigón)							
b) Instal·lació / Instalación: <input type="checkbox"/> Sobresòl / Sobresuelo <input type="checkbox"/> Encastada / Empotrada <input type="checkbox"/> Fossa reduïda / Foso reducido							
c) Dimensions / Dimensiones: Llargària / Longitud: _____ Amplària / Anchura: _____							
DISPOSITIUS PERIFÈRICS / DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS							
a) <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/> Etiquetadora <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> TPV <input type="checkbox"/> Altres / Otros: _____							
b) Interfaces disponibles: _____							
El titular declara que les dades ressenyades són certes i SOL·LICITA la verificació dels instruments de pesatge de funcionament no automàtic, d'acord amb el que estableix l'Ordre de 27 d'abril de 1999 (BOE 08.05.1999)							
_____ de _____ de 20 ____ Signatura / Firma:							
El titular declara que los datos reseñados son ciertos y SOLICITA la verificación de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 27 de abril de 1999 (BOE 08.05.1999).							

ANEXO II

Etiqueta de Verificación.

INSTRUMENT DE PESATGE (Ordre 27/04/1999) INSTRUMENTO DE PESAJE (Orden 27/04/1999)																									
 	Resultat de la verificació Resultado de la verificación Conforme i vàlid fins a Conforme y válido hasta																								
Nº d'identificació: 09-OV-0001 Nº de identificación: 09-OV-0001																									
Data de verificació: Fecha de verificación:																									
	<table border="1"><tr><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td><td>VII</td><td>VIII</td><td>IX</td><td>X</td><td>XI</td><td>XII</td></tr><tr><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII														
2010	2011	2012	2013	2014	2015																				

ANEXO III

Etiqueta de Limitación del alcance máximo del instrumento.

Nº de identificación:	ALCANCE MÁXIMO DEL INSTRUMENTO LIMITADO A:
Laboratorio Autorizado:	
	MÁX. = _____ Kg.
Orden de 27 de Abril de 1999	

ANEXO IV

Etiqueta de Inhabilitación para el servicio.

CONTROL METROLÒGIC/ CONTROL METROLÒGICO INSTRUMENT DE PESATGE (Ordre 27/04/1999) INSTRUMENTO DE PESAJE (Orden 27/04/1999)	
FORA DE SERVEI FUERA DE SERVICIO	
 	Data/ Fecha
Nº d'identificació: 09-OV-0001 Nº de identificación: 09-OV-0001	<input type="text"/>